

放射線関係使用検査項目

診療用X線装置

通常検査 ・ 自主検査

確認者(記入者)

所 属

印

確 認 日

年 月 日

構造設備名	根拠法令	検査項目	検査結果	
共通 設置室名 ()	規則 30の18	障害防止措置	適 ・ 否	
		防護衣	有 ・ 無	
		防護衝立	有 ・ 無	
	規則 30の4~8	用途室名表示	適 ・ 否	
		管理区域標識	適 ・ 否	
		注意事項掲示 (従事者)	適 ・ 否	
		注意事項掲示 (患者)	適 ・ 否	
		管理区域内立入禁止措置	適 ・ 否	
		操作室	有 ・ 無	
		使用表示灯	有 ・ 無	
		装置電源との連動	適 ・ 否 ・ 非該当	
		1室複数装置設置時の同時使用制限機構	適 ・ 否 ・ 非該当	
		局長通知H13 188号	放射線測定器*の校正	年 月 日校正済
診療用X線装置等	規則24の2	装置設置状況	適 ・ 否	
		製作者		
		型 式		
		定格出力	kV mA	
		管球数	管球	
		X線管の遮へい	適 ・ 否	
		照射筒の遮へい	適 ・ 否	
	ろ過板	適 ・ 否		
	X線透視装置	規則30-2	透視時間警報装置	有 ・ 無
			透視時間積算タイマー	有 ・ 無
			焦点皮膚間距離保持インターロック	適 ・ 否
			利用線錐可動絞り	適 ・ 否
			利用線錐以外の広がり防止	適 ・ 否
			受像面有効面積外照射防止	適 ・ 否
			被照射体周囲等の散乱線防護	適 ・ 否
	間接装置	規則30-4	不要X線等の遮へい	適 ・ 否
			受像面有効面積外照射防止	適 ・ 否
			蛍光箱の防護	適 ・ 否
			利用線錐可動絞り	有 ・ 無
	治療用X線装置	規則30-5	ろ過板インターロック	適 ・ 否
		規則30の22	出力測定台帳	有 ・ 無
	歯科用X線装置		照射筒の遮へい	適 ・ 否
			歯科用ユニットとの併設	有 ・ 無
保管場所 ()			有 ・ 無	
移動型・携帯型		保管場所の管理状況(施錠等)	適 ・ 否	
		X線透視機構	有 ・ 無	
		現像関係	現像液、定着液等の廃液管理 廃液処理業者との契約状況	適 ・ 否 有 ・ 無

備考 自主検査の場合、施設(使用室)等及び装置の全景並びに以下の事項について写真を貼付して下さい

写真添付の場合:用途室名・使用表示灯・管理区域の標識・患者及び従事者に対する注意事項の掲示・装置の設置状況(患者入口側と操作室側からの写真)・定格出力が記載されている表示板など