

試料 9-1 使用菌株 ESBL産生 *Escherichia coli*

	熊大		ESBLなし 玉名		ESBL CIS		ESBL 医師会		* チューケン		ESBL CPL		
	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	
ABPC				R	>16	R	>16	R	>16	R			ABPC
PIPC	>64	R			>64	R	>64	R	>64	R	64	R	PIPC
ABPC/SBT	8	S							<=8	S	8	S	ABPC/SBT
TAZ/PIPC							<=16	S	<=16	S			TAZ/PIPC
CVA/AMPC					<=8	S	<=8	S					CVA/AMPC
CEZ	>16	R			>16	R	>16	R	>16	R	>4	R	CEZ
CTM	>16	R			>16	R	>16	R	>16	R	>4	R	CTM
CMZ					<=16	S	<=16	S	<=8	S	<=16	S	CMZ
SBT/CPZ				S			<=16	S	<=16	S			SBT/CPZ
CPDX	>4	R									>4	R	CPDX
CTX	32	R			>32	R	32	R	>2	R	32	R	CTX
CAZ	4	S		S	<=8	R	4	S	>8	R	2	R	CAZ
CFPM	8	S			16	R	<=8	S	>16	R	<=4	R	CFPM
CZOP					>16	R	>16	R	>16	R			CZOP
CFPN-PI									>1	R			CFPN-PI
FMOX	<=0.5	S			<=8	S	<=8	S	<=8	S	<=4	S	FMOX
AZT	8	I			<=8	R	4	S	>8	R	4	R	AZT
IPM	<=0.25	S			<=4	S	<=1	S	<=1	S	<=0.25	S	IPM
MEPM	<=0.25	S			<=4	S	<=1	S	<=1	S	<=0.25	S	MEPM
PAPM				S									PAPM
AMK	4	S			<=16	S	<=16	S	<=4	S	<=8	S	AMK
GM	0.5	S			<=4	S	<=4	S	<=2	S	<=2	S	GM
TOB					<=4	S	<=4	S					TOB
MINO	1	S			<=4	S	<=4	S	<=2	S	4	S	MINO
LVFX	>4	R		R	>4	R	>4	R	>4	R	>4	R	LVFX
CPFX							>2	R					CPFX
FOM	<=32	S			<=4	S	<=64	S	<=4	S	<=32	S	FOM
ST	>2	R			>2	R	>2	R	>2	R	>40	R	ST

試料 9-2 使用菌株 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC27853

	M100-S22*)	熊大		玉名		CIS		医師会		チューケン		CPL		
		成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	
PIPC	S	4	S			<=16	S	<=16	S	<=8	S	<=8	S	PIPC
CTRX	-													CTRX
CFPM	S	4	S			<=8	S	<=8	S	<=2	S	<=4	S	CFPM
CZOP	-	<=0.5	S			<=8	S	<=8	S	<=4	S	<=4	S	CZOP
CAZ	S	2	S		S	<=8	S	<=1	S	<=4	S	1	S	CAZ
AZT		4	S					4	S	<=4	S	4	S	AZT
TAZ/PIPC		<=16	S		S			<=16	S	<=8	S	<=8	S	TAZ/PIPC
SBT/CPZ		<=8	S					<=16	S	<=16	S	<=8	S	SBT/CPZ
IPM/GS	S	1	S			<=4	S	<=1	S	2	S	1	S	IPM/GS
MEPM		<=0.25	S			<=4	S	<=1	S	<=1	S	<=0.25	S	MEPM
PAPM					S									PAPM
AMK	S	2	S			<=16	S	<=16	S	<=8	S	<=8	S	AMK
GM		1	S			<=4	S	<=4	S	<=2	S	<=2	S	GM
LVFX	S	<=1	S		S	<=2	S	<=2	S	1	S	<=1	S	LVFX
CPFX		0.5	S					<=1	S	0.5	S	<=0.5	S	CPFX

*) : CLS M100-S22における、*Pseudomonas aeruginosa* ATCC27853の精度管理範囲

試料 9-3 使用菌株 MRSA

熊大	玉名	CIS	医師会	チューケン	CPL
MRSA	MRSA	MRSA	MRSA	MRSA	MRSA

試料 9-3 使用菌株 *Bacteroides fragilis* group

熊大	玉名	CIS	医師会	チューケン	CPL
<i>Bacteroides fragilis</i> group	嫌気性培養は外注	嫌気性培養は外注	<i>B. fragilis</i>	<i>B. fragilis</i>	<i>B. fragilis</i>