試料　9-1　　使用菌株　　*Escherichia coli Amp* C産生株

センター名	玉名臨床検査センター		CIS人吉研究所		熊本市医師会検査センター		株式会社チューケン		クリニカルパソロジーラボラトリー		ファルコバイオシステムズ熊本研究所	
	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定
PIPC		－	64	R	=<16	S	64	I	16	S		－
CEZ	－	R	>16	R	>16	R	>16	R	>4	R	－	R
CTM		－	16	R	>16	R	>16	R	>4	R	－	R
CPDX		－	－	－	－	－	－	－	>4	R	－	R
CTX		－	=<8	R	8	R	>2	R	8	R		－
CAZ	－	R	16	R	16	R	>8	R	16	R	－	R
CFPM		－	=<8	R	=<8	S	=<2	S	=<4	S	－	S
FMOX		－	32	I	=<8	S	32	I	8	S	－	I
AZT		－	=<8	R	4	S	8	I	－	－		－
IPM	－	S	=<4	S	=<1	S	=<1	S	=<0.25	S		－
MEPM		－	=<4	S	=<1	S	=<1	S	=<0.25	S	－	S
AMK		－	=<16	S	=<16	S	=<4	S	=<8	S	－	S
GM		－	=<4	S	=<4	S	-<2	S	=<2	S	－	S
MINO		－	>8	R	8	I	>8	R	>8	R		－
LVFX	－	S	=<2	S	=<2	S	=<0.5	S	=<1	S	－	S
FOM		－	16	I	=<64	S	=<4	S	=<32	S		－
ST		－	>2	R	>2	R	>2	R	>40	R	－	R
耐性菌名	耐性菌名未記載		耐性菌名未記載		*Amp*C疑い		*Amp*C疑い		*Amp*C疑い		耐性菌名未記載	

試料 9-2　　使用菌株　　*Pseudomonas aeruginosa* ATCC27853

	M100-S22*)	玉名臨床検査センター		CIS人吉研究所		熊本市医師会検査センター		株式会社チューケン		クリニカルパソロジーラボラトリー		ファルコバイオシステムズ熊本	
		成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定	成績	判定
PIPC	S		－	=<16	S	=<16	S	=<8	S	=<8	S	－	S
CFPM	S		－	=<8	S	=<8	S	=<2	S	=<4	S	－	S
CAZ	S	－	S	=<8	S	=<1	S	=<4	S	1	S	－	S
IPM	S	－	S	=<4	S	=<1	S	2	S	1	S	－	S
AMK	S		－	=<16	S	=<16	S	=<8	S	=<8	S	－	S
LVFX	S	－	S	-<2	S	=<2	S	1	S	=<1	S	－	S
FOM	S		－	=<4	S	=<64	S	=<4	S	=<32	S		－

*) : CLS M100-S22における、*Pseudomonas aeruginosa* ATCC27853の精度管理範囲

試料　9-3　　使用菌株　　*Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium

施設名	玉名臨床検査センター	CIS人吉研究所	熊本市医師会検査センター	株式会社チューケン	クリニカルパソロジーラボラトリー	ファルコバイオシステムズ熊本研究所
菌種名	*Salmonella* sp.	*Salmonella* sp.	*Salmonella* sp. O4	*Salmonella* sp. O4	*Salmonella* sp. O4	*Salmonella* sp. O4
備考	ー	3類以外	ー	ー	ー	ー

熊本県登録の衛生検査所
熊本市登録の衛生検査所
成績「ー」　判定結果のみ提出
判定「ー」　検査未実施