

緑:熊本市所管、橙:熊本県所管

	試料番号	熊本市医師会検査センター	ビー・エム・エルBML熊本	チューケン日本医薬中央研究所熊本支社	エスアーエル熊本ラボラトリー	パソラボ熊本ラボ	CIS熊本研究所	ファルコバイオシステムズ熊本研究所	株式会社 熊本県予防医学協会	CIS人吉研究所	エスアーエル天草ラボラトリー	チューケン日本医薬中央研究所人吉営業所	玉名臨床検査センター	八代医師会検査センター	目標値		
															下限値	中央値	上限値
総蛋白	1	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7		6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.5	6.70	6.9
	2	5.7	5.7	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8		5.8		5.6	5.7	5.7	5.4	5.68	5.9
	3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.4		8.5		8.2	8.3	8.2	7.9	8.18	8.4
アルブミン	1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.3	4.3		4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	4.30	4.5
	2	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5		3.6		3.5	3.6	3.5	3.3	3.53	3.8
	3	5.2	5.1	5.2	5.1	5.3	5.2	5.0		5.2		5.1	5.3	5.1	4.9	5.13	5.4
総ビリルビン	1	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6		0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.62	0.8
	2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1		3.1		3.1	3.0	3.2	3.0	3.18	3.4
	3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7		0.7	0.7	0.8	0.6	0.79	0.8
AST	1	24	24	24	24	24	25	24		25	25	24	24	25	22.9	24.33	25.8
	2	127	128	127	126	127	130	128		129		125	127	127	121	128.3	135
	3	25	25	25	25	26	26	25		25		24	24	25	24	25.6	27
ALT	1	17	17	16	18	16	16	18		16	18	16	17	13	12	16.5	21
	2	148	148	146	146	146	147	147		147		142	147	146	139	146.6	154
	3	22	23	22	23	22	22	24		22		22	25	21	21	22.7	24
A L P	1	189	182	183	188	189	183	181		180	190	189	195	180	170	185.0	200
	2	424	423	412	437	435	430	425		423		409	439	419	402	423.9	446
	3	244	243	234	246	247	242	234		239		232	252	236	230	242.7	255
L D	1	249	246	245	240	251	249	254		245	250	236	256	252	231	247.8	265
	2	387	384	379	382	387	390	382		384		366	390	383	370	385.1	401
	3	225	227	224	225	228	226	224		225		215	225	229	217	225.9	235
γ-GTP	1	16	17	16	15	16	17	17		17	15	16	17	16	14	16.4	19
	2	158	157	153	158	155	160	156		160		151	157	157	148	156.3	165
	3	39	40	39	39	39	41	39		41		38	41	39	37	39.3	42
CHE	1	325	324	327	322	320	328	323		324	323	320	326	321	316	323.7	332
	2	257	257	260	262	257	261	256		258		256	259	259	247	259.2	272
	3	378	376	377	378	369	384	373		382		374	377	375	359	377.6	396
CK	1	236	232	227	226	239	235	230		237	225	224	238	239	215	232.3	250
	2	365	359	352	357	370	367	359		365		347	367	370	340	358.5	377
	3	163	161	155	159	157	164	161		165		155	167	163	153	161.2	170

	試料番号	熊本市医師会検査センター	ビー・エム・エルBML熊本	チューケン日本医薬中央研究所熊本支社	エスアールエル熊本ラボラトリー	パソラボ熊本ラボ	CIS熊本研究所	ファルコバイオシステムズ熊本研究所	株式会社 熊本県予防医学協会	CIS人吉研究所	エスアールエル天草ラボラトリー	チューケン日本医薬中央研究所人吉営業所	玉名臨床検査センター	八代医師会検査センター	目標値		
															下限値	中央値	上限値
血清アミラーゼ	1	118	122	120	116	119	119	120		121	117	118	120	120	114	119.3	124
	2	196	209	209	191	206	210	207		213		205	212	210	202	213.3	224
	3	86	86	86	87	83	84	84		86		85	86	85	82	87.2	92
総コレステロール	1	178	176	177	174	184	173	180		176	175	173	181	178	167	177.1	187
	2	145	143	144	144	149	141	147		145		141	148	145	137	144.1	151
	3	210	211	209	209	217	205	211		209		208	217	210	201	210.9	221
中性脂肪	1	122	123	119	118	128	121	122		122	119	117	121	120	112	121.0	130
	2	78	79	78	77	81	80	80		82		76	78	79	74	78.4	83
	3	114	116	114	113	118	116	118		119		113	120	115	109	115.0	121
HDLコレステロール	1	54	55	58	54	55.3	54	58		55.0	55.0	54.0	57.0	53.0	50	55.2	60
	2	47	46	45	47	47.9	43	46		44.0		43.0	44.0	47.0	42	45.3	48
	3	69	68	64	70	71.2	62	64		63.0		60.0	63.0	69.0	61	65.5	70
LDLコレステロール	1	97	99	105	97	102	96	103		98	96	101	103	95	89	99.3	109
	2	84	84	82	85	85	84	81		85		78	80	83	77	83.4	90
	3	120	123	118	123	124	121	117		122		114	117	120	112	121.0	130
尿素窒素	1	17.4	17.0	17	17.2	17.1	16.9	18.0		16.9	16.9	16.3	17.0	17.1	16	17.1	18
	2	37.8	37.6	38	37.8	38.2	37.8	39.4		38.0		36.1	38.0	37.0	35	37.5	40
	3	13.9	13.7	14	14.0	13.4	13.7	14.3		13.7		13.4	14.0	13.8	12	13.7	15
クレアチニン	1	0.94	0.95	0.9	0.91	0.92	0.96	0.89		0.96	0.92	0.88	0.94	0.96	0.8	0.93	1.0
	2	2.77	2.74	2.7	2.76	2.74	2.78	2.72		2.78		2.63	2.74	2.72	2.6	2.76	2.9
	3	0.78	0.78	0.8	0.77	0.78	0.81	0.75		0.81		0.76	0.77	0.81	0.7	0.80	0.9
尿酸	1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.0		6.3	6.1	6.2	6.3	6.1	5.9	6.20	6.5
	2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3		7.5		7.2	7.4	7.2	6.9	7.27	7.7
	3	5.7	5.7	5.8	5.6	5.8	5.8	5.7		5.9		5.7	5.9	5.6	5.4	5.70	6.0
血糖	1	102	101	102	102	106	101	97		103	104	100	104	105	95	102.3	110
	2	200	200	200	199	200	198	197		200		195	203	200	194	199.1	204
	3	84	84	85	84	85	84	84		85		83	86	85	82	84.6	87
Na	1	141	142	141	143	143	141	141		140	142	141	141	140	138	141.3	144
	2	134	134	134	135	135	133	134		134		134	133	133	132	134.1	137
	3	143	144	144	144	144	143	142		142		144	145	142	141	143.0	145
K	1	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.94	4.2
	2	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8		3.8		3.8	3.8	3.7	3.6	3.76	3.9
	3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2		5.2		5.3	5.3	5.2	5.1	5.23	5.4

	試料番号	熊本市医師会検査センター	ビー・エム・エルBML熊本	チューケン日本医薬中央研究所熊本支社	エスアーエルエル熊本ラボラトリー	パソラボ熊本ラボ	CIS熊本研究所	ファルコバイオシステムズ熊本研究所	株式会社 熊本県予防医学協会	CIS人吉研究所	エスアーエルエル天草ラボラトリー	チューケン日本医薬中央研究所人吉営業所	玉名臨床検査センター	八代医師会検査センター	目標値		
															下限値	中央値	上限値
Cl	1	104	105	104	106	105	104	106		102	104	105	102	104	100	104.3	108
	2	98	98	97	99	99	97	99		97		99	97	98	96	98.8	101
	3	103	104	104	105	103	103	105		102		105	103	104	102	104.4	107
Ca	1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	9.0	9.2		9.2	9.1	8.7	9.3	9.2	8.6	9.08	9.5
	2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2		7.2		6.9	7.2	7.2	6.9	7.16	7.4
	3	9.7	9.6	9.7	9.7	9.9	9.7	9.6		9.9		9.3	9.9	9.5	9.4	9.66	9.9
Fe	1	64	64	65	64	64	64	67		65	65	65	62	63	49	66.0	83
	2	87	84	83	84	86	85	88		86		88	83	85	80	85.2	90
	3	182	179	178	176	179	183	185		185		181	175	181	170	179.5	189
CRP	1	0.01	0.05	0.1	0.02	0.02未満	0.03	0.05L		0.030	0.020	0.100	0.000	0.000	0.0	0.03	0.1
	2	4.02	3.91	4.0	4.02	4.09	3.88	3.96		3.85		3.95	4.00	4.01	3.6	3.88	4.1
	3	0.38	0.39	0.4	0.40	0.40	0.37	0.37		0.36		0.39	0.40	0.37	0.2	0.36	0.5

	試料番号	熊本市医師会検査センター	ビー・エム・エルBML熊本	チューケン日本医薬中央研究所熊本支社	エスアールエル熊本ラボラトリー	パソラボ熊本ラボ	CIS熊本研究所	ファルコバイオシステムズ熊本研究所	株式会社 熊本県予防医学協会	CIS人吉研究所	エスアールエル天草ラボラトリー	チューケン日本医薬中央研究所人吉営業所	玉名臨床検査センター	八代医師会検査センター	目標値		
															下限値	中央値	上限値
ヘモグロビン	4	13.5	13.9	13.6	13.6	13.7	13.9	13.7		13.5	13.6	13.2	13.6	13.6	13.1	13.62	14.2
赤血球数	4	456	457	457	447	452	467	463		442	452	447	445	456	431	453.4	476
ヘマトクリット	4	41.3	40.7	40.7	39.9	40.4	41.3	40.7		39.2	41.5	40.0	39.0	41.1	38.0	40.48	42.9
白血球数	4	44	45	43	44	42	46	44		45	45	45	47	47	40.4	44.73	49.1
血小板	4	24.2	24.8	24.4	23.5	24.9	24.3	24.6		23.1	24.2	23.9	22.9	24.8	22.1	24.13	26.1
網状赤血球	4	1.7	1.1	1.2	1.7		1.8	1.7		1.7	1.6		1.0	1.7	0.6	1.52	2.4
好中球桿状核球	4	0.5	1.0	54.0	3.0	2.5	2.0			2.0	2.0	52.3	2.0				
好中球分節核球	4	53.0	52.5		50.0	55.0	59.0	53.8		48.0	48.0		52.0	52.5	42.5	52.38	62.2
リンパ球	4	35.5	35.5	36.3	37.0	32.5	30.0	34.7		35.0	40.0	37.5	37.0	37.1	28.0	35.70	43.4
単球	4	4.5	4.5	4.3	4.0	5.0	6.0	5.6		7.0	4.0	4.8	3.0	4.3	1.6	4.75	7.9
好酸球	4	4.5	5.0	4.3	5.0	4.0	3.0	4.5		6.0	5.0	4.3	4.0	4.3	2.3	4.49	6.7
好塩基球	4	2.0	1.5	1.1	1.0	1.0	0.0	1.4		2.0	1.0	1.1	2.0	1.8	0.0	1.33	3.1
HbA1c	4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.7	5.6	5.4		5.7	5.5	5.4	5.4	5.7	5.1	5.53	6.0
	5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.5	5.7	5.4		5.6		5.8	5.8	5.6	5.3	5.65	6.0
	6	10.6	11.6	11.5	11.0	10.7	11.0	10.3		10.6		11.6	11.4	10.9	9.7	11.02	12.4

	試料番号	熊本市医師会検査センター	ビー・エム・エルBML熊本	チューケン日本医薬中央研究所熊本支社	エスアー ルエル熊本 ラボラトリー	パソラボ熊本ラボ	CIS熊本研究所	ファルコバイオシステムズ熊本研究所	株式会社 熊本県予防医学協会	CIS人吉研究所	エスアー ルエル天 草ラボラ トリー	チューケン 日本医薬 中央研究 所人吉営 業所	玉名臨床 検査セン ター	八代医師 会検査セ ンター	目標値		
															下限値	中央値	上限値
定性 糖	7	1+	1+	(2+)		1+	+	1+	+	+		2+	(1+)	1+			
	8	-	-	(-)		-	-	-	-	-		-	(-)	-			
定性 蛋白	7	-	-	(+-)		±	-	±	-	-		-	(-)	-			
	8	2+	2+	(2+)		2+	2+	2+	2+	2+		2+	(2+)	2+			
定性 潜血	7	-	-	(-)		-	-	-	-	-		-	(-)	-			
	8	2+	2+	(2+)		2+	2+	2+	2+	2+		2+	(2+)	2+			
定量 糖	7	120	118	118		118	120	122		124			120	121	114	120.1	126
	8	9	6	9		8	8	9		9			8	9	5	8.3	11
定量 蛋白	7	13	14	13		9.1	13	12		14			10.8	11	7.3	12.21	17.1
	8	100	102	102		93.7	102	100		100			101.1	97	91.4	99.76	108.1