

付近見取図 Free



更新箇所：田迎観測所（浅井戸・深井戸）

設置機器一覧

器具名称・仕様		浅井戸	深井戸
水位計	圧力式、測定範囲0～10m ケーブル長20m	1	1
データロガー	Sigfox通信、920MHz帯	1	1
電源装置	AC100V、DC 5 V～15V、100mA	1	1

田迎観測所諸元

（浅井戸）

（深井戸）

	項目	内容	備考
基準高	地盤高	-	
	水準点	5.03m	
	管頭標高	5.23m	
	手計管頭標高	5.23m	
井戸構造	井戸口径	200mm	
	井戸深度	35.30m	
	ストレーナ位置	22.30～33.30	
機械構造	水位検出方式	フロート式	
	通信観測の有無	有り	
	ポンプ種別	渦巻	
観測所構造	小屋	2段式自立盤	
	商用電源	有り	定額契約
		水位計、ポンプともAC100V	

	項目	内容	備考
基準高	地盤高	-	
	水準点	5.03m	
	管頭標高	5.24m	
	手計管頭標高	5.24m	
井戸構造	井戸口径	250～100mm	
	井戸深度	110.00m	
	ストレーナ位置	97.00～108.00	
機械構造	水位検出方式	フロート式	
	通信観測の有無	有り	
	ポンプ種別	渦巻	
観測所構造	小屋	2段式自立盤	
	商用電源	有り	定額契約
		水位計、ポンプともAC100V	

委託名

熊本市地下水位観測機器更新業務委託（その2）

図面名

付近見取図 free
設置機器一覧
田迎観測所諸元

図版

1/2





発注者

熊本市環境局環境推進部水保全課

施設構造図

<浅井戸>

<深井戸>



委託名	熊本市地下水位観測機器更新業務委託（その2）	図面名	田迎観測所緒元 施設構造図	図番	2/2	発注者	熊本市環境局環境推進部水保全課
-----	------------------------	-----	------------------	----	-----	-----	-----------------