

## 報告下限値

項 目	報告下限値(mg/L)	参考 環境基準値(mg/L)
カドミウム	0.0003	0.003以下
全シアン	0.1	検出されないこと
鉛	0.005	0.01 以下
六価クロム	0.001	0.02 以下
砒素	0.005	0.01 以下
総水銀	0.0005	0.0005 以下
アルキル水銀	0.0005	検出されないこと
PCB	0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	0.002	0.02 以下
四塩化炭素	0.0002	0.002 以下
クロロエチレン	0.0002	0.002 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.0004	0.004 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.002	0.1 以下
1, 2-ジクロロエチレン	0.008 <sup>※1</sup>	0.04 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0005	1 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006	0.006 以下
トリクロロエチレン	0.001	0.01 以下
テトラクロロエチレン	0.0005	0.01 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.0002	0.002 以下
チウラム	0.0006	0.006 以下
シマジン	0.0003	0.003 以下
チオベンカルブ	0.002	0.02 以下
ベンゼン	0.001	0.01 以下
セレン	0.002	0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02 <sup>※2</sup>	10 以下
ふっ素	0.08	0.8 以下
ほう素	0.01	1 以下
1, 4-ジオキサン	0.005	0.05 以下

※1 報告下限値内訳(シス-1,2-ジクロロエチレン:0.004、トランス-1,2-ジクロロエチレン:0.004)

※2 報告下限値内訳(硝酸性窒素:0.01、亜硝酸性窒素:0.01)