汎用超音波画像診断装置　仕様書

１．案　件　名

汎用超音波画像診断装置

２．品　名　等

品名	数量	メーカー名	型式
汎用超音波画像診断装置	1式	GEヘルスケア・ジャパン	別紙参照

３．納入場所
熊本市立熊本市民病院　（熊本市東区東町４丁目１番６０号）
※詳細な納入場所については落札後発注者より指示する。

４．納入期限
令和9年（2027年）3月31日
※ 詳細については、落札後発注者と協議し決定する。

５．その他特記事項
5-1 調達物品を納入する業者は、以下の要件を満たすこと。
5-1-1　納入機器の故障等不具合の発生時は迅速な対応がとれる体制（概ね２時間以内に来院できること）であること。
5-1-2　納入後の取扱説明ができる体制であること。
5-1-3　納入される商品は機器故障時に部品供給・修理対応を円滑に行うことが出来る体制を整えていること。
5-1-4　緊急修理時におけるメンテナンスの専任者を選出すること。
5-1-5　落札から納入までの間に品目の仕様変更やモデルチェンジ及び製品の廃盤、生産終了となった場合は熊本市民病院（以下「当院」という。）と協議の上、当院が認める仕様にて引き渡すこと。
5-1-6　納品・設置にかかる費用を含むこと。
5-1-7　当院保有の汎用超音波画像診断装置（GEヘルスケア・ジャパン製 1式）の撤去も行うこと。

5-2　調達物品の設置条件は、以下の要件を満たすこと。
5-2-1　施工管理については、以下のとおり対応すること。
5-2-1-1　納品にあたっては、当院職員と事前に綿密な打合せを行い、当院の業務に支障の出ないようにすること。
5-2-1-2　搬入時には床、壁、階段、エレベーター内部等搬入経路に確実な養生を行い、
建物に傷をつけることの無い様に施工を行うこと。なお、傷等つけた場合は原状復帰を行うこと。

5-3 調達物品設置後の対応は、以下の要件を満たすこと。
5-3-1　機器の試運転調整を行うこと。
5-3-2　引渡し前の機器清掃を行うこと。
5-3-3　日本語による取扱説明書を２部用意すること。また取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所で行うこと。
5-3-4　納品後１年間は通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

６．連絡先
熊本市病院局　事務局　財務課
担当：窪田・福田　電話：０９６-３６５-１７１１（内線３１４６）

汎用超音波画像診断装置 仕様書〈内訳〉

品名	数量	メーカー名	型式
汎用超音波画像診断装置	1	GEヘルスケア・ジャパン	Vivid Pioneer
セクタ型プローブ	1	GEヘルスケア・ジャパン	6Sc-D
リニア型プローブ	1	GEヘルスケア・ジャパン	9L-D
4Dプローブ	1	GEヘルスケア・ジャパン	4Vc-D
Advanced Strain Package	1	GEヘルスケア・ジャパン	
Chamber Quantification Package	1	GEヘルスケア・ジャパン	
SONY 白黒デジタルビデオプリンタ	1	GEヘルスケア・ジャパン	UP-D898DC
【汎用超音波画像解析装置EchoPAC 関連アップグレード】			
EchoPAC PC Software v210アップグレード	1	GEヘルスケア・ジャパン	
【その他消耗品 関連】			
ゲルウォーマー	1	GEヘルスケア・ジャパン	FF-2A
FF-2A用 ACケーブル	1	GEヘルスケア・ジャパン	
【作業費等 関連】			
ネットワーク接続費用 2接続	1	GEヘルスケア・ジャパン	
SR接続費用	1	GEヘルスケア・ジャパン	
【エコー接続費】			
Windows Client Access License (5CAL)	1	富士フィルムメディカル	
DICOM Storage接続	1	富士フィルムメディカル	
DICOM MWM/MPPS SRモダリティ接続数 (US用)	1	富士フィルムメディカル	
DICOM SR検査部位数	3	富士フィルムメディカル	
【周辺機器】			
バーコードリーダー	1	ダイワボウ情報システム	1000A-WHT-USB